



**Akkreditierungsnummer**      **SCS 124**  
**Numéro d'accréditation**

## SCS-Verzeichnis Registre SCS

Akkreditierungsnorm ISO/IEC    17025:2005  
Norme d'accréditation ISO/CEI

Seite/page 1 von/de 1

### Kalibrierstelle für die Messgrösse Länge Laboratoire d'étalonnage pour les longueurs

dk probe Sàrl  
Rte du Châtelard 15  
1063 Boulens  
Tel.        +41 (0)21 905 72 63  
Fax        +41 (0)21 905 72 64  
Internet: [http:// www.dkprobe.ch](http://www.dkprobe.ch)  
E-Mail: [mailto: info@dkprobe.ch](mailto:info@dkprobe.ch)

Leiter des Messlabors: D. Kündig  
Stellvertreter        : I. Kündig  
MS-Verantwortliche : I. Kündig  
Erstakkreditierung : 26.07.2010  
Letzte Akkreditierung : 26.07.2010  
Aktuellste Version : [www.sas.ch](http://www.sas.ch)  
(Akkreditierte Stellen)

<b>Messgrösse:</b>	<b>Domaine de mesure:</b>	<b>Änderungen / Changements:</b>
Länge	Longueur	Personal / Personnel :
Form	Forme	Erweiterung/Extension :
		Adresse :
		Ausgabe/Edition : <b>SCS124/A</b>

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)  
Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Messgrösse Grandeur de mesure Kalibriergegenstand Objet à étalonner	Messbereich Etendue de mesure	Messbedingungen Conditions de mesure	Bestmögliche Mess- unsicherheit ± (1) Meilleure incertitude de mesure ± (1)	Bemerkungen Remarques
<b>Lehrdorne und Prüfstifte Jauges tampons lisses et piges cylindriques</b>				
Durchmesser / Diamètre	Ø 0.05 ... 10 mm		0.20 µm + 10 <sup>-5</sup> •D D : Durchmesser/ Diamètre	Messung mit Messverfahren in 2 und 3 Punkte nach ISO 4292-1985
Rundheit / Circularité	Ø 0.3 ... 6 mm		0.25 µm + 0.05•ROM ROM : Rundheit/ Circularité	Mesurage par les méthodes en deux et trois points selon ISO 4292-1985

(1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht.

(1) L'incertitude de mesure élargie donnée est l'incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d'élargissement k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d'environ 95 %.